




臺灣大學核磁共振造影儀器使用申請書(實驗用)

(實驗申請專用版本)

申請日期： 年 月 日

研究計畫名稱	(中文)					
	(英文)					
申請單位						
計畫主持人						
計畫執行期間	年	月	日至	年	月 日	
計畫編號						
計畫類型	<input type="checkbox"/> 科技部人文司計畫					
	<input type="checkbox"/> 科技部非人文司計畫					
	<input type="checkbox"/> 其他：					
參與人員：(為方便中心門禁控管，除計畫主持人及共/協同主持人外，最多三名)						
1	<input type="checkbox"/> 計畫主持人	<input type="checkbox"/> 共/協同主持人	姓名		聯絡電話	
	<input type="checkbox"/> 研究執行人員	<input type="checkbox"/> 其他	職稱		電子郵件	
2	<input type="checkbox"/> 計畫主持人	<input type="checkbox"/> 共/協同主持人	姓名		聯絡電話	
	<input type="checkbox"/> 研究執行人員	<input type="checkbox"/> 其他	職稱		電子郵件	
3	<input type="checkbox"/> 計畫主持人	<input type="checkbox"/> 共/協同主持人	姓名		聯絡電話	
	<input type="checkbox"/> 研究執行人員	<input type="checkbox"/> 其他	職稱		電子郵件	
4	<input type="checkbox"/> 計畫主持人	<input type="checkbox"/> 共/協同主持人	姓名		聯絡電話	
	<input type="checkbox"/> 研究執行人員	<input type="checkbox"/> 其他	職稱		電子郵件	
5	<input type="checkbox"/> 計畫主持人	<input type="checkbox"/> 共/協同主持人	姓名		聯絡電話	
	<input type="checkbox"/> 研究執行人員	<input type="checkbox"/> 其他	職稱		電子郵件	
申請使用時數	全系列實驗共 小時 (請以整數算，不足1小時以1小時算)					
	實驗時間須包含實驗前、後之說明準備及收拾工作等所有佔用操作準備區的時間					
	若需參數測試，敬請詳述理由：(*中心保有最終決定權)					
受試者人數	每人約需費時		分鐘，全系列實驗共		人	
	年齡層：		歲至	歲	族群/來源：	



(實驗申請專用版本)

申請日期： 年 月 日


研究計畫名稱	(中文)
	(英文)
實驗目的	
實驗設計	
備註	
填寫人簽/章	主持人簽/章



臺灣大學核磁共振造影設備需求表

※ 請勾選實驗所需設備：(各設備詳細規格資料請參考本中心網頁 <http://mrimeg.psy.ntu.edu.tw/>)

一、MRI 系統 (3T SIEMENS MAGNETOM Prisma)		
<input checked="" type="checkbox"/> 線圈 (頭部線圈可與其他部位線圈同時使用)預設： 20-Channels Head Coil		
頭部線圈	其他部位線圈	異核種頭部線圈
<input type="checkbox"/> 20-Channels Head Coil(預設) <input type="checkbox"/> 64-Channels Head Coil (Goggle 配戴空間較不足) <input type="checkbox"/> Transmit/Receive Head Coil	<input type="checkbox"/> 32-Channels Spine Coil <input type="checkbox"/> Flex 18-Channels <input type="checkbox"/> x1 <input type="checkbox"/> x2 <input type="checkbox"/> Flex 4-Channels <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 4cm Loop Coil	<input type="checkbox"/> ¹ H / ¹⁹ F Head Coil <input type="checkbox"/> ¹ H / ³¹ P Head Coil <input type="checkbox"/> ¹ H / ²³ Na Head Coil
二、實驗刺激軟體系統 <input type="checkbox"/> 不需使用本項所列設備		
<input type="checkbox"/> 使用本中心桌上型電腦系統 (Trigger System 已設定完成)–規格：64bit-Windows 7		
<input type="checkbox"/> MATLAB 2017b-64bit (裝有 Psychtoolbox 3.2-64bit)	<input type="checkbox"/> E-Prime 2.0 <input type="checkbox"/> E-Prime 3.0 ↳Key： <input type="checkbox"/> 中心提供 <input type="checkbox"/> 自備	<input type="checkbox"/> Presentation 9.12 ↳Key： <input type="checkbox"/> 中心提供 <input type="checkbox"/> 自備
<input type="checkbox"/> 自備電腦 (若需與系統同步功能，則須自備 RS-232 接頭/轉接頭)		
三、Trigger 系統& Lumina Box (Resonance Technology) <input type="checkbox"/> 不需使用本項所列設備		
<input type="checkbox"/> Trigger ，須同步之系統： (可複選)	<input type="checkbox"/> MATLAB <input type="checkbox"/> EEG <input type="checkbox"/> PMU (Siemens)	<input type="checkbox"/> E-Prime <input type="checkbox"/> NIRS <input type="checkbox"/> PMU (Maglife)
		<input type="checkbox"/> Presentation <input type="checkbox"/> GSR (BIOPAC) <input type="checkbox"/> 多校連線系統
四、生理與動作回授系統 <input type="checkbox"/> 不需使用本項所列設備		
<input type="checkbox"/> 反應按鍵(LU400-PAIR)：	<input type="checkbox"/> 左手 (藍鍵、黃鍵)	<input type="checkbox"/> 右手 (綠鍵、紅鍵)
<input type="checkbox"/> 反應按鍵(Current Designs)：	<input type="checkbox"/> 左手 (6、7、8、9)	<input type="checkbox"/> 右手 (1、2、3、4)
<input type="checkbox"/> MR Compatible GSR 膚電偵測器(Biopack)		
<input type="checkbox"/> MR Compatible PMU 生理監測器(Siemens)—含心電圖、心跳率及呼吸監控及記錄功能		
<input type="checkbox"/> MR Compatible PMU 生理監測器(Schiller-Maglife Serenity)— 含心跳、呼吸、血氧、End-Tidle CO ₂ 、體溫等數值監測功能		
<input type="checkbox"/> 聲音記錄(Resonance Technology)—耳罩式耳機上附有收音麥克風設備		



五、生理刺激系統

不需使用本項所列設備

視覺刺激設備(Resonance Technology_VisuaStimDigital)—鏡片度數：+300~-900，無散光鏡片

Goggle (解析度 800 x 600)

└ 雙眼分視：是 否

Eye Tracker (Sampling Rate \geq 60Hz)

需搭配 Goggle 使用

投影系統

└ 前投影設備(從操作室由腳部往頭部投影) 後投影設備(從機房由頭部往腳部投影)

聽覺刺激設備(Resonance Technology)—含麥克風之耳罩式耳機，已與刺激電腦同步系統連線

嗅覺刺激設備 (ETT Olfactometer)—刺激材料需自備

刺激數量： 1 種 2 種 3 種 4 種 5 種 6 種

味覺刺激設備(Applix Smart)—Max Speed：600ml/hr 刺激材料需自備

觸覺刺激設備 (R&HW LTM999T)

溫熱刺激設備 (Medos Q-Sense)—0°C-55°C Max：0.1°C/sec，非 MR Compatible，僅於三樓使用

雷射熱痛刺激設備

六、其它偵測系統

不需使用本項所列設備

MR Compatible EEG (Brain Products) — 64 Channels，帽子尺寸：頭圍 56cm / 58cm 各 1 個

MR Compatible NIRS(NIRx Medical Technology) — 8 Sources + 8 Detectors

七、其他周邊系統

不需使用本項所列設備

rTMS(MagPro R100)

非 MR Compatible，僅於三樓使用

TMS Navigator — 僅於三樓用

三校 MRI 連線平台

嬰兒保溫箱(AHT ScanPod)

使用時須有相關專業醫師在場

八、其他自備設備 (請附圖文簡述名稱及功能)

※本中心不提供保管及寄放服務